




부산지방식품의약품안전청



수신 수신자 참조

(경유)

제목 의료기기 영업자회수 종료 보고[(주)메디칼써프라이]

1. 관련 : 의료제품안전과-4201호(2019.4.26.)

2. (주)메디칼써프라이의 다음 의료기기에 대한 회수가 2019. 7. 4.자로 종료되었음을 알려드리니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

업체명 (업허가번호)	품목명 (품목신고번호)	모델명	제조번호 (제조일자)	총 폐기량	회수사유 (위해성정도)
(주)메디칼써프라이 (제3965호)	체외형의료용전극 (서울수신12-1218호)	0-21-0003	180201-0773 (2018.02.01.)	122	재료 결함으로 인해 전기적 접촉이 되지 않을 잠재적 위험이 발생할 수 있음 (위해성 2)
			180322-0777 (2018.03.22.)		
	체외형의료용전극 (수신17-310호)	2-155061	180205-0774 (2018.02.05.)		
			180322-0776 (2018.3.22.)		

끝.

부산지방식품의약품안전청장

수신자 식품의약품안전처장(의료기기관리과장), 식품의약품안전처장(의료기기안전평가과장), 식품의약품안전처장(의료기기정책과장), 식품의약품안전평가원장(첨단의료기기과장), 식품의약품안전평가원장(심혈관기기과장), 식품의약품안전평가원장(정형재활기기과장), 식품의약품안전평가원장(구강소화기기과장), 식품의약품안전평가원장(체외진단기기과장), 운영지원과장, 서울지방식품의약품안전청장(의료기기안전관리과장), 경인지방 식품의약품안전청장(의료제품안전과장), 경인지방식품의약품안전청장(의료제품실사과장), 대구지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장), 광주지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장), 대전지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장), 식품의약품안전처장(고객지원담당관), 서울특별시, 부산광역시, 대구광역시, 인천광역시, 광주광역시, 강원도지사, 대전광역시, 충청북도지사, 울산광역시, 충청남도지사, 경기도지사, 전라북도지사, 전라남도지사, 경상북도지사, 경상남도지사, 제주특별자치도지사, 세종특별자치시, 국민건강보험공단이사장, 건강보험심사평가원장, 한국의료기기안전정보원장, 한국의료기기산업협회장, 한국의료기기공업협동조합장, 한국치과기재산업협회장, 대한의료기기판매협회장, 대한병원협회장, 대한의사협회장

주무관 박회원 의료제품안전 전결 2019.7.4.
과장 김명미

협조자

시행 의료제품안전과-6662 접수

우 47366 부산광역시 부산진구 자유평화로 11, 부산지방식품의약품안전청 의료제품안전과 (범천동) / <http://www.mfds.go.kr>

전화번호 051-602-6188 팩스번호 051-602-6247 / pheewon0809@korea.kr / 대국민 공개

일자리가 성장이고 복지입니다.