

문서번호 대의협 제625-14684호

시행일자 2019. 3. 5.

수 신 수신처 참조

참 조

제 목 의료기기 안전성 정보 알림[유방촬영술]

1. 국민건강증진을 위해 노력하는 귀 회의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련근거 : 식품의약품안전처 의료기기안전평가과-1402 (2019.02.27)

3. 식품의약품안전처에서는 미국 FDA에서 체열촬영술의 검사 정확성이 입증되지 않아 유방암 진단에 사용하지 말 것 등 의료인 및 환자대상으로 권고사항을 발표('19.2.25)한 것과 관련하여 동 정보를 안내해줄 것을 요청하는 공문을 불임과 같이 우리협회로 안내해온 바, 귀 회 소속 회원들에게 널리 안내하여 주시기 바랍니다.

※불 임 : 관련 공문 1부. 끝.

대 한 의 사 협 회 장



“국민의 건강과 행복, 의협이 함께 합니다”

※수신처 : 각시도의사회장, 대한의학회장(26개 전문과목학회장), 대한개원의협의회장
(각과개원의협의회장)